



REGISTRO SANITARIO REACTIVOS PARA DIAGNOSTICO



VISTOS:

El expediente N° **545799** presentado por el Regente Bioquímico(a) Dr.(a) **GUSTAVO RAMIRO MURIEL ZELADA** con Matrícula N° **M-2724** en representación de la empresa **BIOTECH BOLIVIA LTDA.** por el que solicita la **INSCRIPCION** del producto **DHEA-S (CLIA)** para su **IMPORTACION** y comercialización en el país, elaborado por: **SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO., LTD.** de **CHINA** para / bajo licencia de / Certificado de evaluación y desempeño INLASA N° Eval_Des. / Sensib. / Especifi. / Eficacia. /

CONSIDERANDO:

Qué se han cumplido con todos los requisitos por tanto:

RESUELVE:

Autorizar la **INSCRIPCION** en el Registro Sanitario Nacional del producto **DHEA-S (CLIA)** de laboratorios **SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO., LTD.** procedente de **CHINA** para / bajo licencia de /

bajo el N° **RI-6394/2024**

que responde a las siguientes especificaciones:

Componentes:

SEGUNDA GENERACION 1. MICROPERLAS MAGNÉTICAS: MICROPERLAS MAGNÉTICAS RECUBIERTAS CON ANTÍGENO DHEA-S (~8,00 µG/ML) EN EL TAMPÓN PBS, NAN3 (0,1 %). 2.5 ML 1.5 ML 1.0 ML. 2. CALIBRADOR BAJO: UNA BAJA CONCENTRACIÓN DE ANTÍGENO DHEA-S, BSA, NAN3 (0,1 %). 1.0 ML 1.0 ML 1.0 ML. 3. CALIBRADOR ALTO: UNA ALTA CONCENTRACIÓN DE ANTÍGENO DHEA-S, BSA, NAN3 (0,1 %). 1.0 ML 1.0 ML 1.0 ML. 4. TAMPON: TAMPÓN TRIS-HCL, NAN3 (0,1 %). 6.5 ML 4.0 ML 3.0 ML. 5. MARCA DE ABEI: ABEI MARCADO CON ANTICUERPO ANTI-DHEA-S (~0,125 µG/ML) EN EL TAMPÓN TRIS-HCL, NAN3 (0,1 %). 7.5 ML 4.5 ML 3.3 ML. 6. CONTROL 1: UNA BAJA CONCENTRACIÓN DE ANTÍGENO DHEA-S (100 µG/DL), BSA, NAN3 (0,1 %). 1.0 ML 1.0 ML 1.0 ML. 8. CONTROL 2: UNA ALTA CONCENTRACIÓN DE ANTÍGENO DHEA-S (500 µG/DL), BSA, NAN3 (0,1 %). 1.0 ML 1.0 ML 1.0 ML

Presentación:

KIT 100 TEST / KIT 50 TEST / 30 TEST

Conservación: **2 - 8° C** Periodo de validez: **18 MESES**

Orden de pago N° **8079835** del **16** de **noviembre** de **2023**

El presente Registro Sanitario tiene validez de cinco años a partir de la fecha

La Paz, **23** de **mayo** de **2024**

Q.F. M. Ángel Ferrero Terceros
JEFE OPTO. AUTORIZACION
DE COMERCIALIZACION
AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS
Y TECNOLOGIAS EN SALUD
AGEMED



Dra. Patricia Elsa Tames Parro
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA
AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS
Y TECNOLOGIAS EN SALUD
AGEMED

Regístrese, comuníquese y archívese