



REGISTRO SANITARIO REACTIVOS PARA DIAGNOSTICO

VISTOS:

El expediente N° **445504** presentado por el Regente Bioquímico(a) Dr.(a)
CLAUDIA TORRICO CAMACHO con Mat. Prof. N°. **T-646** en representación de la firma
BIOTECH BOLIVIA LTDA. por el que solicita la **REINSCRIPCION**
del producto **CARE HPV TEST** para su **IMPORTACION**
y comercialización en el país, fabricado por:
de **ALEMANIA** para **QIAGEN GMBH** bajo licencia de

Certificado de evaluación y desempeño No.
Eval_Des./ Sensib.0 Especifici.0 Eficacia.0

CONSIDERANDO:

Qué se han cumplido con todos los requisitos por tanto:

SE RESUELVE:

Autorizar la **REINSCRIPCION** en el Registro Sanitario Nacional del producto
CARE HPV TEST de laboratorios
QIAGEN GMBH procedente de **ALEMANIA**
para bajo licencia de
bajo el No **RI-2274/2021**
que responde a las siguientes especificaciones:

Componentes: 1.- MICROPLACAS DE ENSAYO PLATO 1; 2.- CALIBRADOR NEGATIVO CAL-0.5 ML; 3.- CALIBRADOR POSITIVO CAL +
0.5 ML; 4.- REACTIVO REAG 1.3 ML; 5.- COLORANTE INDICADOR INDIC 0.35 ML; 6.- CUATRO BIOLÓGICOS ESTABILIZADOS (REAG-3, R
EAG-6)1, OTROS.

Presentación: **KIT 96 TEST Y KIT 24 TEST.**

Conservación: **4 - 25°C**

Periodo de validez: **13 Meses.**

Orden de pago No. **5136058** del **5** de **Abril** de **2021**

El presente Registro Sanitario tiene validez de cinco años a partir de la fecha:

La Paz, **5** de **Agosto** de **2021**

M.C. Miroño J. Venegas Mironzo
JEFE DPTO. DE AUTORIZACIÓN
DE COMERCIALIZACIÓN
AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS
Y TECNOLOGÍAS EN SALUD
AGEMED

Regístrese, comuníquese y archívese



Dr. Yuri Werner Quisbert Aruquipa
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS
Y TECNOLOGÍAS EN SALUD
AGEMED