



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

MINISTERIO DE  
SALUD Y DEPORTES



## REGISTRO SANITARIO REACTIVOS PARA DIAGNOSTICO



### VISTOS:

El expediente N° **522608** presentado por el Regente Bioquímico(a) Dr.(a) **CLAUDIA TORRICO CAMACHO** con Matrícula N° **T-646** en representación de la empresa **BIOTECH BOLIVIA LTDA.** por el que solicita la **INSCRIPCION** del producto **VITASSAY QPCR ZIKA+DENGUE+CHIKUNGUNYA** para su **IMPORTACION** y comercialización en el país, elaborado por: **VITASSAY HEALTHCARE S.L.** de **ESPAÑA** para / bajo licencia de / Certificado de evaluación y desempeño INLASA N°  
Eval\_Des. / Sensib. **0** Especifi. **0** Eficacia. **0**

### CONSIDERANDO:

Qué se han cumplido con todos los requisitos por tanto:

### RESUELVE:

Autorizar la **INSCRIPCION** en el Registro Sanitario Nacional del producto **VITASSAY QPCR ZIKA+DENGUE+CHIKUNGUNYA** de laboratorios **VITASSAY HEALTHCARE S.L.** procedente de **ESPAÑA** para / bajo licencia de /

bajo el N° **RI-5883/2023**

que responde a las siguientes especificaciones:

### Componentes:

**4 TIRAS DE 8 POCILLOS DE ZIKA+DENGUE+CHIKUNGUNYA VIRUS: MEZCLA DE REACCION: ENZIMAS, NUCLEOTIDOS TRIFOSFATO (DNTPS) CEBADORES Y SONDAS, LIOPROTECTORES Y ESTABILIZADORES 1 VIAL DE RNA LIOFILIZADO SINTETICO NO INFECCIOSO ZIKA+ DENGUE+ CHIKUNGUNYA CONTROL POSITIVO COLOR ROJO, 1 VIAL X 1ML DE AGUA DE CALIDAD DE PCR: AGUA LIBRE DE ARNASE/ADNASE COLOR BLANCO. 1 VIAL X 1.8ML DE TAMPON DE RESUSPENSION: TAMPON (TRIS, PH) MEZCLA DE SOLUCION SALINA COLOR VERDE. 1 VIAL X 1ML DE AGUA LIBRE DE ARNASE/ADNASE CONTROL NEGATIVO COLOR AMARILLO. 4 TIRAS DE 8 TAPONES DE TAPAS OPTICAS.**

### Presentación:

**1 CAJA CON 4 TIRAS DE 8 POCILLOS**

Conservación: **2°C - 40°C** Periodo de validez: **24 MESES**

Orden de pago N° **8052666** del **20** de **abril** de **2023**

El presente Registro Sanitario tiene validez de cinco años a partir de la fecha

La Paz, **04** de **diciembre** de **2023**

  
Q.F. Mg. Angela Herrera Tercero  
JEFE DPTO. AUTORIZACION  
DE COMERCIALIZACION  
AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS  
Y TECNOLOGIAS EN SALUD  
AGEMED



  
Dra. Patricia Elsa Tames Parr  
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA  
AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS  
Y TECNOLOGIAS EN SALUD  
AGEMED

Regístrese, comuníquese y archívese