



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
SALUD Y DEPORTES



REGISTRO SANITARIO REACTIVOS PARA DIAGNOSTICO

VISTOS:

El expediente N° **542666** presentado por el Regente Bioquimico(a) Dr.(a) **CLAUDIA TORRICO CAMACHO** con Matrícula N° **T-646** en representación de la empresa **BIOTECH BOLIVIA LTDA.** por el que solicita la **REINSCRIPCION** del producto **PRIME CALIBRATOR CARTRIDGE ABG** para su **IMPORTACION** y comercialización en el país, elaborado por: **NOVA BIOMEDICAL CORPORATION** de **ESTADOS UNIDOS** para / bajo licencia de / Certificado de evaluación y desempeño INLASA N°
Eval_Des. / Sensib. / Especifici. / Eficacia. /

CONSIDERANDO:

Qué se han cumplido con todos los requisitos por tanto:

RESUELVE:

Autorizar la **REINSCRIPCION** en el Registro Sanitario Nacional del producto **PRIME CALIBRATOR CARTRIDGE ABG** de laboratorios **NOVA BIOMEDICAL CORPORATION** procedente de **ESTADOS UNIDOS** para / bajo licencia de /

bajo el N° **RI-2913/2023**

que responde a las siguientes especificaciones:

Componentes:

1. CAL A: $\geq 500\text{ML}$ (PH 7.350; PCO2 25.5 MMHG)
2. CAL B: $\geq 250\text{ ML}$ (PH 6.840; PO2 167.0 MMHG)
3. CAL F: $\geq 720\text{ML}$ (PCO2 51.6 MMHG; PO2 93.8 MMHG)
4. SOLNR: $\geq 300\text{ML}$ (KCL 2 MOL/L)

Presentación:

100, 200, 300, 400 Y 500 MUESTRAS

Conservación: **15-30°C** Periodo de validez: **18 MESES**

Orden de pago N° **8075900** del **17** de **octubre** de **2023**

El presente Registro Sanitario tiene validez de cinco años a partir de la fecha

La Paz, **15** de **noviembre** de **2023**


Dr. Msc. Angelo Herrera Tarreero
JEFE OPTO. AUTORIZACIÓN
DE COMERCIALIZACIÓN
AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTO
Y TECNOLOGIAS EN SALUD
AGEMED




Dr. Patricia Elisa Tames Parr
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA
AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTO
Y TECNOLOGIAS EN SALUD
AGEMED

Regístrese, comuníquese y archívese