



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
SALUD Y DEPORTES



REGISTRO SANITARIO REACTIVOS PARA DIAGNOSTICO

VISTOS:

El expediente N° **542669** presentado por el Regente Bioquimico(a) Dr.(a) **CLAUDIA TORRICO CAMACHO** con Matrícula N° **T-646** en representación de la empresa **BIOTECH BOLIVIA LTDA.** por el que solicita la **REINSCRIPCION** del producto **PRIME CALIBRATOR CARTRIDGE ES BASIC/ES COMP** para su **IMPORTACION** y comercialización en el país, elaborado por: **NOVA BIOMEDICAL CORPORATION** de **ESTADOS UNIDOS** para / bajo licencia de /

Certificado de evaluación y desempeño INLASA N°
Eval_Des. / Sensib. **0** Especifici. **0** Eficacia. **0**

CONSIDERANDO:

Qué se han cumplido con todos los requisitos por tanto:

RESUELVE:

Autorizar la **REINSCRIPCION** en el Registro Sanitario Nacional del producto **PRIME CALIBRATOR CARTRIDGE ES BASIC/ES COMP** de laboratorios **NOVA BIOMEDICAL CORPORATION** procedente de **ESTADOS UNIDOS** para / bajo licencia de /

bajo el N° **RI-2903/2024**

que responde a las siguientes especificaciones:

Componentes:

1.CAL A >O= 500 ML (NA+135.0 MMOL/L K+4.05 MMOL/L CL-115.0 MMOL/L ICA 1.00 MMOL/L IMG 0.47 MMOL/L). 2.CAL B >O= 250.ML (NA+6.840 MMOL/L K+10.0 MMOL/L CL-45.0 MMOL/L ICA .2.00 MMOL/ I IMG 1.50 MMOL/L) 3.SOLNR >O= 300ML (KCL 2 MOL/L)

Presentación:

100,200,300,400 Y 500 MUESTRAS

Conservación: **15 - 30°C** Periodo de validez: **18 MESES**

Orden de pago N° **8075902** del **17** de **octubre** de **2023**

El presente Registro Sanitario tiene validez de cinco años a partir de la fecha

La Paz, **06** de **febrero** de **2024**

ULTIMA IMP.: SEGÚN ANTECEDENTES 27 FEBRERO 2024

Q.F. Mg. Angelo Herrera Terceiros
JEFE DPTO. AUTORIZACION
DE COMERCIALIZACION
AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS
Y TECNOLOGIAS EN SALUD
AGEMED



Dra. Patricia Elsa James Parra
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA
AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS
Y TECNOLOGIAS EN SALUD
AGEMED

Regístrese, comuníquese y archívese