



MINISTERIO
DE SALUD Y DEPORTES



REGISTRO SANITARIO REACTIVOS PARA DIAGNOSTICO

VISTOS:

El expediente N° **635497** presentado por el Regente Bioquímico(a) Dr.(a) **LILIAN MAGALY ALI ARIZACA** con Matrícula N° **A-904** en representación de la empresa **ANTOVIC S.R.L.** por el que solicita la **INSCRIPCION** del producto **SFIT-1 (CLIA)** para su **IMPORTACION** y comercialización en el país, elaborado por: **SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO., LTD.** de **CHINA** para / bajo licencia de / Certificado de evaluación y desempeño INLASA N° Eval_Des. / Sensib. / Especifi. / Eficacia. /

CONSIDERANDO:

Qué se han cumplido con todos los requisitos por tanto:

RESUELVE:

Autorizar la **INSCRIPCION** en el Registro Sanitario Nacional del producto **SFIT-1 (CLIA)** de laboratorios **SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO., LTD.** procedente de **CHINA** para / bajo licencia de /

bajo el N° **RI-7926/2026**

que responde a las siguientes especificaciones:

Componentes:

1. MICROPERLAS MAGNÉTICAS: MICROPERLAS, MAGNÉTICAS, RECUBIERTAS CON ANTICUERPO, MONOCLONAL SFIT-1 (-8.00 µG/ML) EN EL TAMPÓN PBS, NAN3 (<0,1%). 2. CALIBRADOR BAJO: UNA BAJA CONCENTRACIÓN DEL ANTIGENO SFIT-1 EN EL TAMPÓN HEPES, NAN3 (<0,1%) 3. CALIBRADOR ALTO: UNA ALTA CONCENTRACIÓN DEL ANTÍGENO DE SFIT-1 EN EL TAMPÓN HEPES, NAN3 (<0,1%). 4. TAMPON: TAMPÓN TRIS-HCL, NAN3 (<0,1%). 5. MARCA DE ABEI: ABEI MARCADO CON EL ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-SFIT-1 (~83.3 NG/ML) EN EL TAMPON TRIS-HCL, NAN3 (<0,1%). 6. CONTROL 1: UNA BAJA CONCENTRACIÓN DEL ANTIGENO DE SFIT-1 (400 PG/ML) EN EL TAMPÓN HEPES, NAN3 (<0,1%). 7. CONTROL 2: UNA ALTA CONCENTRACIÓN DEL ANTIGENO DE SFLT-1 (3000 PG/ML) EN EL TAMPÓN HEPES, NAN3 (<0,1%).

Presentación:

KIT REACTIVO DE 50 Y 100 TEST; CONTROLES: CONTROL 1 Y 2 (1X1 ML).

Conservación: **2-8°C** Periodo de validez: **18 MESES**

Orden de pago N° **8184749** del **19 de diciembre de 2025**

El presente Registro Sanitario tiene validez de cinco años a partir de la fecha

La Paz, **06 de febrero de 2026**

Dra. Zuleyka Pinto Veneros
JEFE DE DPTO. DE AUTORIZACIÓN
DE COMERCIALIZACIÓN
AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS
Y TECNOLOGÍAS EN SALUD
AGEMED



Dra. Teresa Virginia Castro Salinas
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA
AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS
Y TECNOLOGÍAS EN SALUD
AGEMED

Regístrese, comuníquese y archívese