



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
SALUD Y DEPORTES



REGISTRO SANITARIO REACTIVOS PARA DIAGNOSTICO

VISTOS:

El expediente N° **576356** presentado por el Regente Bioquímico(a) Dr.(a) **GUSTAVO RAMIRO MURIEL ZELADA** con Matrícula N° **M-2724** en representación de la empresa **BIOTECH BOLIVIA LTDA.** por el que solicita la **INSCRIPCION** del producto **PEPSINOGEN II (CLIA)** para su **IMPORTACION** y comercialización en el país, elaborado por: **SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO. LTD.** de **CHINA** para / bajo licencia de / Certificado de evaluación y desempeño INLASA N° Eval_Des. / Sensib. **0** Especifi. **0** Eficacia. **0**

CONSIDERANDO:

Qué se han cumplido con todos los requisitos por tanto:

RESUELVE:

Autorizar la **INSCRIPCION** en el Registro Sanitario Nacional del producto **PEPSINOGEN II (CLIA)** de laboratorios **SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO. LTD.** procedente de **CHINA** para / bajo licencia de /

bajo el N° **RI-6875/2024**

que responde a las siguientes especificaciones:

Componentes:

SEGUNDA GENERACION

1. MICROPERLAS MAGNÉTICAS MICROPERLAS MAGNÉTICAS RECUBIERTAS CON ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-PG II (~8.00 µG/ML) EN EL TAMPÓN PBS, NAN3 (0,1%) 2,5ML 1,5 ML 1,0 ML CALIBRADOR BAJO UNA BAJA CONCENTRACIÓN DEL ANTIGENO DE PG II EN EL TAMPÓN PBS, NAN3. (<0,1%) 1,0ML. 1,0 ML 1,0 ML
3. CALIBRADOR ALTO UNA ALTA CONCENTRACIÓN DEL ANTIGENO DE PG II EN EL TAMPÓN PBS, NAN3 (<0,1%). 1.0 ML 1.0 ML 1.0 ML
4. TAMPÓN TRIS-HCL, NAN3 (<0,1-%): 5,5 ML 3,5 ML 2,7 ML.
5. MARCA DE ABEI ABEI MARCADO CON ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-PG-II (~0,278 µG/ML) EN EL TAMPÓN TRIS-HCI, NAN3 (<0,1%) 6,5 ML 4,0 ML 3,0 ML
6. CONTROL 1 UNA BAJA CONCENTRACIÓN DEL ANTIGENO DE PG II (5,00 NG/ML) EN EL TAMPÓN PBS, NAN3 (<0,1%). 1,0 ML 1,0 ML 1,0 ML
7. CONTROL 2 UNA ALTA CONCENTRACIÓN DEL ANTIGENO DE PG II (30,0 NG/ML) EN EL TAMPÓN PBS, NAN3 (<0,1%) 1,0 ML 1,0 ML 1,0 ML

Presentación:

KIT 100 TEST / KIT 50 TEST / KIT 30 TEST

Conservación: **2-8°C** Periodo de validez: **18 MESES**

Orden de pago N° **8114729** del **23 de Julio de 2024**

El presente Registro Sanitario tiene validez de cinco años a partir de la fecha

La Paz, **12 de diciembre de 2024**

Q.E. Zulema Gonzales Alacoma
JEFE DPTO. DE AUTORIZACIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN
AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS
Y TECNOLOGÍAS EN SALUD
AGEMED



Dra. Patricia Elva James Parra
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA
AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS
Y TECNOLOGÍAS EN SALUD
AGEMED

Regístrese, comuníquese y archívese